

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李安福	
	职称: 主任	
	工作单位: 安福县人民医院	
项目信息	项目名称: 郎溪县人民医院 GECT 球管采购项目	
	供应商名称: 安徽琪燕医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	CT机球管的更换, 必须用同样技术参数球管, 这样才能保证该设备性能指标的稳定性及可维护性。 不同品牌(包括同品牌不同型号)的球管技术参数均有差异, 因此CT机球管的更换必须用原品牌同型号产品。 安徽琪燕医疗器械有限公司作为G子公司的球管供应商, 由其处采购更换球管, 符合单一来源采购要求。	
专业人员签字	李安福	日期 2025年 3 月 13 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 俞丽华	
	职称: 副主任医师, 主治医师	
	工作单位: 安徽中医药大学	
项目信息	项目名称: 郎溪县人民医院 GECT 球管采购项目	
	供应商名称: 安徽琪燕医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	郎溪县人民医院现有CT为 GE optima CT 520设备。球管属于CT的核心配件,球管性能稳定是CT准确诊断的基础,原厂球管能够保证设备的稳定性和开机率。而且符合中华人民共和国政府采购法第三十一条单一来源采购条件,安徽琪燕医疗器械有限公司是GE原厂的唯一供应商,故建议该项目采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	俞丽华	日期 2025年3月13日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	韩延生	
	职称:	主任	
	工作单位:	安医附院	
项目信息	项目名称:	郎溪县人民医院 GECT 球管采购项目	
	供应商名称:	安徽琪燕医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	该院目前使用CT为CEOPING CT520设备。由于专利技术原因,设备只能采用原厂型号CT520配套球管。符合政府采购法第三十一条关于单一来源采购的要求。为保证设备的正常运行,建议该项目采用单一来源采购形式从原厂指定的区域唯一供应商安徽琪燕医疗器械有限公司采购。		
专业人员签字	韩延生	日期	2025年 3 月13日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

